

承認	審査	受領
428.5.27	428.5.27	428.5.26

サーベイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成28年 5月20日 (金) 13:30~15:35						
作業場所	MP-1, 2						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
MP-1	F1-ICW-236	0.01	1.6 μ Sv/h (13:29)	13:36 ~ 14:03	F1-ICW-235	0.01	1.7 μ Sv/h (14:03)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.6 μ Sv/h (13:29)	—	—	—	1.7 μ Sv/h (14:08)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3349mV (13:29)	—	—	—	3349mV (14:08)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.6 μ Sv/h (13:29)	—	—	—	1.7 μ Sv/h (14:05)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3349mV (13:29)	—	—	—	3349mV (14:05)
MP-2	F1-ICW-239	0.03	2.8 μ Sv/h (14:23)	14:24 ~ 15:28	F1-ICW-234	0.03	2.5 μ Sv/h (15:28)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	2.6 μ Sv/h (14:20)	—	—	—	2.3 μ Sv/h (15:32)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	3349mV (14:20)	—	—	—	3349mV (15:32)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	2.8 μ Sv/h (14:10)	—	—	—	2.5 μ Sv/h (15:29)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	3349mV (14:10)	—	—	—	3349mV (15:29)
—以下余白—							